

Opacz-Kolonia, dn. 31.08.2015r

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Zielonej Górze**  
ul. H. Siemiradzkiego 19  
65-231 Zielona Góra

**ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ  
CHROMATOGRAFU JONOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM,  
INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW**

Nr sprawy: SZ.272.1.2015AT

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców (art. 7, ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych) uzna za ważną ofertę, w której Wykonawca zaproponuje chromatograf jonowy wyposażony w samoregenerujący się supresor (tłumik / wzmacniacz jonowy) kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania pracujący z wykorzystaniem innych odczynników, niż kwas siarkowy, umożliwiającą wykonanie analiz z poziomami wykrywalności anionów wymienionymi w SIWZ, tj. siarczany 0,100 mg/L, chlorki 0,020 mg/L, azotany 0,020 mg/L, fluorki 0,020 mg/L, oraz spełniającą wymagania aktualnie obowiązujących norm, m.in.: PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-3:2001, PN-EN ISO 10304-4:2002? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

Dyrektor Generalny

  
mgr inż. Wojciech Stokarski

Proszę o przesłanie potwierdzenia po otrzymaniu maila / faxu.