



Zielona Góra, dnia 04.12.2018 r.

WAZ.2613.17.2018.DZ

Wykaz składników majątku ruchomego zbędnego lub zużytego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017, poz. 729) informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, mogących być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które są własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Ilość (szt.)	Rok prod.	Opis stanu technicznego
1	2	3	4	5
1	Spektrometr plazmowy JCP-OES OPTIMA 20000DV	1	2001	Uszkodzony zasilacz plazmy. Uszkodzony układ sterowania przepływami gazów. Aparat niesprawny. Naprawa nieopłacalna.
2	Reduktor FM 62ED10	1	1999	Uszkodzony – nie nadaje się do naprawy.
3	Reduktor FM 61ED10	1	1999	Uszkodzony – nie nadaje się do naprawy.
4	Kolumna AT-1		2002	Uszkodzona - wyeksploatowane złoże kolumny. Kolumna nie nadaje się do użytku.
5	Stacja METEO MAWS 201	1	2003	Wyeksploatowana technicznie.
6	Chromatograf gazowy FID/ECD	1	2004	Uszkodzony detektor ECD. Uszkodzona płyta detektora FID. Aparat niesprawny. Naprawa nieopłacalna.
7	Urządzenie do pobierania wód powierzchniowych	1	2005	Technicznie zużyty.
8	System pomp do pobierania wód podziemnych	1	2005	Technicznie zużyty.
9	Zestaw do oznaczania BZT5	1	1995	Wyeksploatowane sondy tlenowe. Uszkodzony moduł do rozcieńczania próbek. Naprawa nieopłacalna.
10	Generator wodoru HGE-1A	1	1998	Uszkodzona cela.
11	Lampa Vu	1	1998	Wyeksploatowana – nie spełnia parametrów technicznych.
12	Lampa do spektrometru (Ni)	1	1998	Wyeksploatowana – nie spełnia parametrów technicznych.
13	Lampa katodowa kodowana Ca/Mg	1	1999	Wyeksploatowana – nie spełnia parametrów technicznych.
14	Lampa katodowa kodowana Al	1	1999	Wyeksploatowana – nie spełnia parametrów technicznych.



15	Analizator spalin GA-40T PLUS	1	1999	Wyeksploatowany – nie spełnia parametrów technicznych.
16	Zestaw pyłomierz Emiotest 2598 grawimetryczny	1	2000	Wyeksploatowany – nie spełnia parametrów technicznych.
17	Zestaw laboratoryjny ZL-9C	1	1995	Uszkodzone zawiasy, ogniska rdzy.
18	Zestaw laboratoryjny SL-2L	1	1995	Uszkodzone zawiasy, ogniska rdzy.
19	Zestaw laboratoryjny SL-2L	1	1995	Uszkodzone zawiasy, ogniska rdzy.
20	Szafa	1	2008	Uszkodzona okleina, uszkodzone zawiasy.
21	Obudowa przeciwdmuchowa do wagi	1	1997	Uszkodzona (pęknięcia-nie spełnia swojej funkcji).
22	Lampa z katodą wnąkową ołów (Pb)	1	2006	Wyeksploatowana - nie spełnia wymaganych parametrów technicznych.
23	Mieszadło laboratoryjne magnetyczne	1	1996	Uszkodzone – naprawa nieopłacalna.
24	Reduktor EM-D 300	1	1996	Uszkodzony gwint reduktora.
25	Suszarka SUP-4M	1	1996	Uszkodzona – naprawa nieopłacalna.
26	Dozownik 5,0 ml	1	1996	Uszkodzony mechanizm do nastawiania objętości.
27	Reduktor SWW (do powietrza)	1	1998	Uszkodzony gwint reduktora.
28	Naczynko konduktometryczne	1	2002	Wyeksploatowane.
29	Reduktor FM61N2 10 bar	1	2004	Uszkodzony gwint reduktora.
30	Reduktor FM62ED 10 bar	1	2004	Uszkodzony gwint reduktora.
31	Reduktor FM6102 10 bar	1	2004	Uszkodzony gwint reduktora.
32	Biureta automatyczna, elektroniczna	1	2004	Uszkodzona – nie spełnia wymagań technicznych.
33	Biureta automatyczna, elektroniczna	1	2004	Uszkodzona – nie spełnia wymagań technicznych.
34	Dozownik nastawny 5 - 50 ml	1	2005	Uszkodzony mechanizm do nastawiania objętości.
35	Łaźnia wodna LW-8M z układem LED3	1	2005	Uszkodzona (nie grzeje).
36	Dozownik butelkowy GENIUS 0,25-2,5ml	1	2016	Uszkodzony mechanizm do nastawiania objętości. Naprawa nieopłacalna.
37	Siatka planktonowa	1	1995	Uszkodzona (podarta) – naprawa nieopłacalna.
38	Głowica sondy prędkość. GSP-SO	1	2004	Uszkodzona – wygięte przewody metalowe silnie skorodowana.
39	Głowica sondy z filtr.wew.	1	1996	Uszkodzona – wygięte przewody metalowe silnie skorodowana.
40	Lodówka ARDO FDP 36-2	1	2001	Uszkodzona – nie chłodzi. Naprawa nieopłacalna.
41	Dozownik 1-10 ml (z zaworem)	1	2001	Uszkodzony – nie spełnia wymagań technicznych.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Mirosław Ganecki

Blizszych informacji udziela:
p. Katarzyna Skarupska
tel. 68 45 48 455 e-mail: k.skarupska@zgora.pios.gov.pl